

MRI 検査できないもの



人工内耳
人工中耳



ペースメーカー



磁力装着義眼



美容整形(金糸)

検査当日までに素材やMRIの可否を確認するもの(火傷、発熱や動く恐れあり)



手術等による体内金属



アートメイク
(眉・アイラインなど)
タトゥー



歯科矯正・歯科インプラント
磁石を用いた素材のもの

※これ以外にも医師の判断により
検査が出来ない場合があります。

検査当日までにはずしてくるもの



まつげエクステ
つけまつげ



ネイルアート(手・足)
ジェルネイル・つけ爪

検査当日は控えるもの



UVケア用品



増毛パウダ・白髪染めスプレー・制汗スプレー



*メイクは控えて来院してください

検査直前に外すもの



財布



磁気カード



湿布・カイロ・貼付剤
おき針・エレキバン



アクセサリー
(ピアス・指輪)



安全ピン



ウエイト(砂のう)



かつら・ヘアピン



カラーコンタクトレンズ



ファスナー



金属のついた下着
遠赤外線・保湿性下着



携帯電話
スマートフォン



腕時計
ウェアラブル端末

***不明な点等は、必ずご相談ください**